

## Producto

Agua desmineralizada

## Uso previsto

Agua para baterías, disoluciones, plancha, acuarios, autoclaves, industria, etc.

## Sectores

Química, Farmacéutica, Medicina, Veterinaria, Automoción, Mecánica, Metalúrgica, Limpieza Industrial, etc.


## Resultados de parámetros microbiológicos y físico químicos

Parámetros	Resultados	Unidades
pH	5,0-8,5	Unidades pH
Conductividad	< 4,3	µS/cm
Cloruros	<10	mg/L
Sulfatos	<10	mg/L
Amonio	<0,1	mg/L
Dureza total	0	ºF
Sólidos disueltos	<10	mg/L
Carbono orgánico total	<1	mg/L
Calcio	<5	mg/L
Magnesio	<5	mg/L
Manganeso	<5	mg/L
Oxidabilidad	<1	mgO <sub>2</sub> /L
Cobre	<0,02	mg/L
Fluoruros	<0,5	mg/L
Sulfuros totales	<0,050	mg/L
Hierro	<20	µg/L
Fosfato total	<0,1	mg/L
Zinc	<1	mg/L
Sodio	<6	mg/L
Potasio	<5	mg/L
Aluminio	<20	µg/L
Sílice (SiO <sub>2</sub> )	<0,25	mg/L
Cromo	<5	µg/L
Níquel	<5	µg/L
Nitritos	<0,05	mg/L
Nitratos	<5	mg/L
Bromo	<0,1	mg/L
Boro	<0,25	mg/L
Recuento microorganismos 22±2°C durante 68±4 h	< 100	µfc/ml

Los datos incluidos en la presente ficha técnica están basados en analíticas periódicas realizadas en laboratorios externos independientes, debidamente acreditados. Los resultados indicados están supeditados a los límites de detección de los equipos usados por el laboratorio que realiza las analíticas.

Los valores de los parámetros incluidos en esta ficha técnica corresponden a las analíticas realizadas en dichos laboratorios, siendo susceptibles de variación una vez suministrado el producto al cliente debido a su manipulación posterior, contacto atmosférico, condiciones de almacenamiento o temperatura.

Consumo preferente: tres años desde la fecha de envasado que figura en los envases suministrados al cliente. En el caso de suministro a granel o garrafas de 25 litros, la fecha de producción es la asignada al lote de día producido y que se compone de 4 dígitos de los cuales los tres primeros corresponden al día de envasado en formato juliano y el cuarto a la última cifra del año en curso. Las condiciones del agua se mantendrán si esta se encuentra debidamente almacenada y libre de posibles contaminaciones externas.

**Empresa**

IBERIA AGUA, S.L  
Polígono Industrial Río Gállego C/D Nave 9  
San Mateo de Gállego  
50840-Zaragoza  
Tfno: 976 69 08 35  
Web. [www.iberia-agua.com](http://www.iberia-agua.com)